NÁVOD K OBSLUZE

Nepojízdné toaletní křeslo
Kód výrobku: TGR-R KT-S 668


1. Provedení

Toaletní křeslo je vyrobeno z ocelového rámu s povrchovou úpravou komaxit. Je vybaveno výškově stavitelnými nohami ukončenými gumovými protiskluzovými násadkami. Křeslo je vybaveno záchodovým prkénkem s víkem a snadno odnímatelnou toaletní nádobou s víkem. Křeslo je vyrobeno v nepojízdném provedení a díky použití šroubů a motýlkových matic je snadné jej samostatně složit. Nastavení umožňuje přizpůsobení potřebám pacienta a boční loketní opěrky podporují jeho stabilitu a uživatelskou bezpečnost.

Sada obsahuje: boční zábranu s madly a protiskluzovými násadkami, vyhnutý zadní rám, přední a zadní rám s vnitřními otvory, záchodové prkénko s víkem, toaletní nádobu s víkem

Součásti:

a. boční zábrana s loketní podložkou
b. vyhnutý příčný rám
c. zadní rám
d. přední rám
e. toaletní nádoba
f. nastavení výšky s aretačním čepem
g. protiskluzové násadky



2. Použití

Toaletní křeslo je pomocné vybavení, které uživateli umožňuje provádění hygienických úkonů. Je doporučováno osobám, které mají problém se samostatným pohybem, s pohybovou nefunkčností

a omezeními a také pro osoby, které nejsou schopny samostatně se posadit nebo vstát. Křeslo plní funkci záchodu díky tomu, že je pod sedákem umístěna toaletní nádoba. Křeslo uživateli usnadňuje provádění fyziologických a pečovatelských činností.

3. Montáž

Rozložení a složení toaletního křesla

1. krok: boční zábrany s loketními podložkami spojte s vyhnutým příčným rámem pomocí šroubů, velkých podložek a motýlkových matic. **2. krok:** zadní a přední rám přišroubujte z vnitřní strany čtyřmi montážními šrouby k bočním zábranám. **3. krok:** na spodní zábranu zadního rámu namontujte záchodové prkénko s víkem tak, aby zacvakly plastové úchytky. **4. krok:** do ocelových úchytek toaletní nádoby namontujte tuto nádobu nebo toaletní kryt v případě, že křeslo používáte jako stojan nad záchodovým prkénkem.

Nastavení výšky: Pro nastavení výšky křesla stiskněte kovový aretační čep, zvolte vhodnou výšky nohy a potom zvolenou polohu aretačním čepem vzájemně zablokujte. Nohy jsou stavitelné se skokem 2,5 cm. Po nastavení musí být čepy na všech nohách ve stejné výšce. Nohy musí stát na podkladu vždy stabilně.

Používání

Zvedněte víko záchodového prkénka a potom sundejte víko nádoby. Po použití uzavřete nádobu víkem a potom dejte dolů víko záchodového prkénka.

4. Technická specifikace

Celková šířka	55 cm
Vnitřní šířka	44 cm
Celková hloubka	47 cm
Výška sedátka nad podkladem	43–58 cm

Celková výška nad podkladem	64–79 cm
Rozměry sedátka	51 cm x 35 cm
Hmotnost křesla	6,6 kg
Maximální zatížení	110 kg
Barva rámu	šedá

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group není zodpovědná za nesprávné používání toaletního křesla, nedodržování bezpečnostních pravidel a také za použití, které není v souladu s jeho určením.

6. Údržba

Pravidelně, samostatně provádějte kontrolu technického stavu křesla:

- Toaletní křeslo pravidelně myjte, používejte pouze vodu a jemné detergenty, které mají atest PZH [Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Národní institut veřejného zdraví - Státní hygienický ústav]. Po umytí křeslo pečlivě osušte.
- Na čištění **nepoužívejte**: ostré leštící přípravky, silné detergenty, brusné prostředky, benzín ani žádná jiná rozpouštědla (riziko poškození rámu, viditelných poškození a v jejich důsledku – ztráty záruky).
- Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte toaletní nádobu, dezinfikujte také záchodové prkénko. Prostředky na čištění toalet používejte v souladu s doporučením jejich výrobce.

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste

obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

REF	Referenční číslo		Výrobce
LOT	Číslo šarže		Datum výroby
SN	Sériové číslo	MD	Zdravotnický prostředek
⚠	Pozor		Seznamte se s návodem
CE	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Kompletní nabídku najdete u našich distributorů. Zjistěte více na **www.timago.com**
Děkujeme, že jste si vybrali Timago!

Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polsko
T.: +48 33 499 50 00, F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE
MD

II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021